

SETTORE ECONOMICO

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Assistenza alla persona per qualsiasi attività motoria, infermieristica e fisioterapica
Organizzazione di attività di socializzazione

PROGETTO

Acquisto di un sollevatore di persone e di 23 letti di degenza elettrici in sostituzione dei vecchi letti di degenza di proprietà

OPERAZIONI SU CUI INCIDE IL PROGETTO

Movimentazione manuale delle persone da parte del personale addetto all'assistenza di pazienti non autosufficienti

RISCHIO DA ELIMINARE O RIDURRE

Rischio legato alla movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti e ai conseguenti danni al rachide degli operatori ASA e infermieri

MIGLIORAMENTO PREVISTO

Riduzione dei possibili danni muscoloscheletrici e delle patologie e disturbi acuti e cronici del rachide dorso lombare a carico di infermieri e operatori ASA

CRITICITÀ TECNICHE RICONTRATE

- mancanza dei dati riguardanti lo specifico modello di sollevatore richiesto
- caratteristiche tecniche dei letti da sostituire non specificate (si possono sostituire solo letti che necessitino di essere parzialmente sollevati e/o siano privi di uno spazio libero di almeno 15 cm tra i letti e il pavimento)

CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI RICHIESTI

Inviare:

- tipologia di sollevatore che si intende acquistare
- perizia asseverata integrativa corredata da evidenze oggettive (ad es. fotografie) del rispetto dei requisiti ergonomici per i letti da sostituire

ESITO DELLA VALUTAZIONE TECNICA

Positiva dopo l'invio della documentazione integrativa richiesta



Negativa in assenza della documentazione integrativa richiesta

