

L'AQUILA, 30/04/2021

## RELAZIONE

Oggetto: Intervento di correttiva e manutenzione sulla RMN Esaote Opera E-Scan in uso presso il CDPR della DR Abruzzo

CIG: Z6831896B4

**Vista** la segnalazione di malfunzionamento dell'apparecchiatura in oggetto inviata in data 23/04/2021 dal DM del CDPR della DR Abruzzo alla ditta manutentrice, Sadel Medica S.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in Pescara, via Monte Bove n. 24, P.IVA 02060030687, con la quale si evidenziava, su indicazione della Dott.ssa Scipione, radiologa, la scarsa omogeneità del magnete e la necessità di procedere ai controlli standard previsti dalla casa madre come manutenzione ordinaria del macchinario, visto che gli ultimi sono stati eseguiti dall'Esaote il 18/12/2015;

**Vista** la nota del 23/04/2021 con la quale veniva nominata come RUP il Funzionario Amministrativo Elvira Simonelli;

**Visto** il preventivo di massima n. 205 del 27/04/2021 offerto dalla predetta ditta Sadel Medica S.r.l.s. Unipersonale di complessivi € 1.966,00 IVA oltre IVA al 22%, comprensivo di un pezzo di ricambio originale della casa madre Esaote (interruttore rete 250V 16A 2V 2P), fornito con lo sconto del 10% sul listino come da contratto, nonché del costo di n. 5 ore di manodopera altamente specializzata del tecnico della Esaote e di n. 5 ore di manodopera del tecnico della Sadel Medica a supporto e verifica del lavoro svolto dal tecnico della casa madre, senza costi aggiuntivi di trasferta e di chiamata;

**Vista** la relazione del 28/04/2021 con cui il RUP precisava che, essendo la RMN un'apparecchiatura ad alta tecnologia, il controllo standard su bobine, frequenze, omogeneità di campo, geometrie e la verifica delle sequenze di controllo rapporto segnale/rumore possono essere eseguiti unicamente dai tecnici specializzati della Esaote e che - in base all'art. 16 del contratto di manutenzione delle apparecchiature medicali - tali attività non configurano subappalto, ma vengono svolte in collaborazione con la casa madre;

**Ritenuto** dal RUP, tanto premesso, il prezzo offerto con il citato preventivo congruo e conveniente per l'Istituto;

**Considerata** la necessità e l'urgenza di procedere alla riparazione ed alla verifica dello stato di salute dell'apparecchiatura al fine di garantirne la corretta funzionalità;

**Visto** l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. N. 76 del 16/07/2020, convertito in L. N. 120 dell'11/09/2020;

**Tenuto conto che** la spesa di cui trattasi - pari a complessivi € 1.966,00 oltre IVA al 22% - è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09.005.01, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione 2021;

**Accertata** la disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile U.1.03.02.09 del bilancio di previsione 2021,

**CHIEDE**

- di autorizzare l'affidamento diretto dell'intervento in oggetto alla ditta Sadel Medica S.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in Pescara, via Monte Bove n. 24, P. IVA 02060030687, per un importo complessivo di € 1.966,00 oltre IVA al 22%;

- di autorizzare il relativo impegno di spesa di complessivi € 2.398,52 IVA inclusa da imputarsi sulla voce U.1.03.02.09.005.01, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione 2021.

Vicario Dirigente  
TIZIANA MASCIOVECCHIO